



Bedienungsanleitung

BS30

Breitband-Parabolsensor für das SONAPHONE Handgerät

Original

Revision: 2.1 | 2023-04-27

Inhalt

1	Einleitung	3
1.1	Hinweise zu dieser Dokumentation.....	3
1.2	Darstellungen in dieser Dokumentation.....	3
1.3	Kennzeichnung der Warnhinweise	4
2	Sicherheitsbestimmungen.....	5
2.1	Einleitung.....	5
2.2	Grundsätzliche Gefahren.....	5
2.3	Personal und Qualifikation.....	6
2.4	Sicherheitsbewusstes Arbeiten.....	6
2.5	Verwendung des Produktes.....	7
2.6	Umbauten und Veränderungen	8
3	Beschreibung des Sensors	9
3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	9
3.2	Unzulässige Verwendung.....	9
3.3	Funktionsweise.....	10
3.4	Sensoraufbau.....	10
3.5	Sensorkennzeichnung	12
4	Bedienung des Sensors	13
4.1	Parabolspiegel montieren oder demontieren.....	13
4.2	Sensor anschließen.....	15
4.3	Bedienung über die Sensor-Tasten	16
4.4	Ziel-Laser und Leuchtpunktzielgerät verwenden.....	17
5	Reinigung und Wartung	19
5.1	Reinigung.....	19
5.2	Wartung.....	20
6	Technische Daten	21
7	Entsorgung	23
8	Garantie	24
9	Herstellerangaben.....	25

1 Einleitung

In diesem Bereich werden Funktion, Aufbau und Darstellungen dieser Dokumentation erläutert, was den Umgang mit dieser Dokumentation erleichtern soll.

1.1 Hinweise zu dieser Dokumentation

Verwendung

Diese Dokumentation ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise für den sicheren Betrieb, sowie alle Angaben für einen bestimmungsgemäßen und effizienten Gebrauch. Darum muss jede Person, die mit dem Produkt arbeitet, diese Dokumentation gelesen und verstanden haben.

Zugänglichkeit

Um Bedienungsfehler zu vermeiden und einen störungsfreien Betrieb zu erreichen, muss diese Dokumentation dem jeweils beauftragten Personal stets zugänglich sein.

Aktualität

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, dass die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und richtig sind. Diese Dokumentation beschreibt alle heute bekannten Einheiten und Funktionen.

1.2 Darstellungen in dieser Dokumentation

Abbildungen

Die Abbildungen in dieser Dokumentation enthalten nicht immer alle Details oder Sonderfälle, sondern stellen nur die wesentlichen Informationen dar.

Tipps

Tipps sind wie folgt dargestellt:

ⓘ Tipps beschreiben spezielle Informationen oder besondere Eigenschaften, die auch für erfahrene Benutzer nicht sofort erkennbar sein können.
Das Nichtbeachten eines Tipps birgt zwar kein unmittelbares Sicherheitsrisiko, kann aber zu Störungen im Arbeitsablauf führen.

Allgemeine Icons

Zum visuellen Hervorheben bestimmter Informationen werden folgende Icons verwendet:

Icon	Funktion
☞	Kennzeichnet einen Verweis auf einen externen Inhalt.

1.3 Kennzeichnung der Warnhinweise

Gefahrenklassen, Signalwörter und Farben

In dieser Dokumentation wird vor Gefahren verschiedener Klassen gewarnt. Diese Klassen werden durch Signalwörter und Farben gekennzeichnet. Dabei gilt Folgendes:

⚠️ WARNUNG

Warnt vor möglichen unmittelbaren Gefahren, deren Nichtbeachtung bleibende Gesundheitsschäden und/oder schwere Sachschäden – inklusive Vermögensschäden durch Betriebsbeeinträchtigungen – zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT

Warnt vor Gefahren, deren Nichtbeachtung Verletzungen und/oder Sachschäden – inklusive Vermögensschäden durch Betriebsbeeinträchtigungen – zur Folge haben kann.

⚠️ ACHTUNG

Warnt vor Gefahren, deren Nichtbeachtung Sachschäden – inklusive Vermögensschäden durch Betriebsbeeinträchtigungen – zur Folge haben kann.

2 Sicherheitsbestimmungen

Dieser Bereich enthält Sicherheitsbestimmungen für den Schutz von Personen sowie für den sicheren und störungsfreien Betrieb. Alle Benutzergruppen des Produktes müssen diese Sicherheitsbestimmungen kennen und befolgen.

2.1 Einleitung

Der zuverlässige und sichere Betrieb des Produktes ist abhängig vom sorgfältigen Durchführen der Bedien- und Einstellungsaufgaben.

Das Nichtbeachten der Sicherheitsbestimmungen und Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen mit bleibenden Gesundheitsschäden von Personal sowie zur Beschädigung oder Zerstörung von Komponenten des Produktes führen.

Beachten und befolgen Sie beim Umgang mit dem Produkt die Sicherheitsbestimmungen und Warnhinweise in allen Teildokumenten dieser Anwenderdokumentation, sowie die dazu gehörenden Verhaltensregeln. Weisen Sie alle mit dem Produkt arbeitenden Personen darauf hin.

Beachten Sie darüber hinaus auch die allgemein gültigen Sicherheitsvorschriften (z. B. Unfallverhütungs-, Umweltschutzvorschriften und weitere).

2.2 Grundsätzliche Gefahren

Definition

Grundsätzliche Gefahren sind Restrisiken, die trotz bestimmungsgemäßer und sicherheitsbewusster Verwendung vom Produkt ausgehen können.

Stand der Technik

Das Produkt entspricht dem aktuellen Stand der Technik sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen. Alle Komponenten des Produktes sind werksseitig getestet und werden in einem sicheren Zustand für den Betrieb geliefert.

▲ WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßes Verwenden des Produktes kann zu Verletzungen führen.

- Öffnen Sie das Produkt nicht.
 - Schützen Sie das Produkt während des Betriebs sowie beim Lagern vor extremer Hitze (übermäßiger Sonneneinstrahlung, unmittelbarer Nähe von offenem Feuer oder Heizgeräten).
 - Vermeiden Sie starke Stöße, durch die das Produkt und/oder seine Komponenten beschädigt werden können.
-

2.3 Personal und Qualifikation

Grundlegende Anforderungen

Das Produkt darf nur von Benutzern verwendet werden, die die Sicherheitsbestimmungen und die gelieferten Dokumente der Anwenderdokumentation vollständig gelesen und verstanden haben.

Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder im Rahmen einer Ausbildung befindliches Personal darf das Produkt nur unter ständiger Aufsicht von Bedien- oder Fachpersonal verwenden.

Verantwortung des Betreibers

Der Betreiber ist für das von ihm autorisierte und/oder unterwiesene Personal wie folgt verantwortlich:

- Die notwendige Ausbildung und Einweisung des Personals müssen sichergestellt sein.
- Die Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche des Personals müssen eindeutig festgelegt und dokumentiert sein.
- Die Benutzerinformationen zum Produkt (Bedienungsanleitung, Anwenderdokumentation, ...) müssen in unmittelbarer Nähe des Produktes für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

2.4 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Unfallverhütung und Umweltschutz

Beachten Sie ergänzend zu den Hinweisen in diesem Dokument die allgemeingültigen, gesetzlichen und sonstigen verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz.

Dazu kann zum Beispiel gehören:

- Umgang mit Gefahrenstoffen
- Tragen der erforderlichen und vorgeschriebenen persönlichen Arbeitsschutzkleidung und Schutzausrüstung
- Beachten und Befolgen aller nationalen und regionalen Arbeitsschutzbestimmungen
- Beachten und Befolgen aller innerbetrieblichen Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften

2.5 Verwendung des Produktes

Maßnahmen zum Schutz der persönlichen Sicherheit

Das falsche Verwenden des Produktes kann zu Verletzungen der Bediener führen.

- Halten Sie beim Orten von Ultraschallsignalen an elektrischen Anlagen den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zu detektierten elektrischen Defekten ein.
- Stellen Sie sicher, dass – falls erforderlich – beide Hände zur Eigensicherung frei sind.
- Arbeiten Sie so, dass sich Ihre Hände, das Produkt und/oder angeschlossenes Zubehör immer in Ihrem Sichtbereich befinden.
- Verwenden Sie die Taschenlampenfunktion (LED-Leuchte) des Produktes und/oder zusätzliche Beleuchtung, um schlecht einsehbare Prüfstellen auszuleuchten.
- Verwenden Sie das Produkt stets ablenkungsfrei. Laufen Sie nicht durch die Anlage, während Sie den Bildschirm ablesen und/oder das Produkt bedienen.

Maßnahmen zum Schutz des Produktes und/oder Zubehörs

Das falsche Verwenden des Produktes kann zur Beschädigung des Produktes führen. Beschädigte Komponenten können die Qualität der Messergebnisse mindern oder verfälschen.

- Schützen Sie das Produkt bei Betrieb, Ladevorgang und Lagerung vor extremer, außergewöhnlicher Hitzeeinwirkung (starker Sonneneinstrahlung, Lagerung in aufgeheizten PKW, unmittelbarer Nähe von offenem Feuer oder Heizgeräten). Halten Sie unbedingt die in den technischen Daten angegebenen Temperaturbereiche ein.
- Nehmen Sie das Produkt und sein Zubehör nicht in Betrieb, wenn sie Fehlfunktionen und/oder sichtbare Beschädigungen aufweisen.
- Schließen Sie am Produkt ausschließlich zugelassenes Zubehör an, das Sie von der SONOTEC GmbH oder deren Vertriebspartnern erhalten haben.
- Das Produkt entspricht der in den technischen Daten spezifizierten Schutzart und ist nicht gegen Wasser geschützt. Tauchen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeiten. Schützen Sie das Produkt vor eindringender Feuchtigkeit.
- Gehen Sie sorgsam mit dem Produkt um und schützen Sie es vor starken Erschütterungen. Nutzen Sie den Transportkoffer, um das Produkt zu transportieren und zu lagern.
- Stellen Sie beim Verwenden des Produktes sicher, dass Kabel nicht hängen bleiben und/oder sich nicht in beweglichen Teilen verfangen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in starken elektromagnetischen Feldern.

2.6 Umbauten und Veränderungen

Keine Veränderungen an Produkt und/oder Zubehör

Das Produkt und/oder sein Zubehör dürfen nicht geöffnet oder auseinanderggebaut werden. Es sind keine vom Bediener zu reinigenden, zu wartenden oder zu reparierenden Bestandteile enthalten.

Eigenmächtige Veränderungen am Produkt und/oder seinem Zubehör sind verboten und schließen jegliche Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden und deren Folgen aus.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör müssen den von der SONOTEC GmbH und ihren Zulieferern festgelegten technischen Anforderungen entsprechen. Dies ist bei Originalteilen immer gegeben.

3 Beschreibung des Sensors

In diesem Bereich werden Verwendung, Funktion, Aufbau und Zubehör des Sensors beschrieben.

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Breitband-Parabolsensor BS30 wird für die punktgenaue Detektion von Luftschall im Ultraschallbereich über Entfernungen bis zu 35 m verwendet. In Verbindung mit dem digitalen Ultraschallprüfgerät SONAPHONE ist der Sensor für folgende Prüfaufgaben konzipiert:

- Detektion von Leckagen an Druckluft-, Gas- und Vakuumanlagen
- Detektion von elektrischen Teilentladungen und Isolationsschäden
- Nachweis von Undichtheiten an Fenstern, Türen, Kabinen, Fahrzeugen oder Behältern (in Kombination mit dem Ultraschallsender SONAPHONE T).

Mit den Funktionstasten des Sensors können Messwert-Aufzeichnungen gestartet und gestoppt, sowie der integrierte Ziellaser eingeschaltet werden.

Der integrierte Ziellaser der Klasse 2 und ein Leuchtpunktzielgerät unterstützen beim Lokalisieren von Prüfstellen.

3.2 Unzulässige Verwendung

Jede vom Hersteller nicht genehmigte Verwendung ist unzulässig und kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen.

Die SONOTEC GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unzulässige Verwendung des Produktes verursacht werden.

Unzulässig sind insbesondere:

- Verwendung von Equipment und/oder Zubehör mit sichtbaren Beschädigungen
- Verwendung in Feuchträumen
- Verwendung in explosionsfähigen Umgebungen
- Verwendung unter Umgebungsbedingungen, die nicht den vorgeschriebenen Anforderungen entsprechen
- Eigenmächtige Veränderungen des Equipments, der Software und/oder des Zubehörs
- Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen und/oder nicht zugelassenem Zubehör

3.3 Funktionsweise

Durch die spezielle Konstruktion des Sensors wird eine hohe Richtwirkung erzielt. Das akustische Horn am Ultraschallmikrofon hat einen kleinen Öffnungswinkel, wodurch die Empfindlichkeit erhöht wird. Aus diesen Gründen ist der Sensor für das Detektieren von Schallquellen in großen Entfernungen geeignet. Störschall von anderen im Raum befindlichen Quellen wird von der zu detektierenden Schallquelle abgegrenzt.

Ultraschallwellen, die sich auf den Sensor zu bewegen, werden am Parabolspiegel gebündelt und in Richtung Ultraschallmikrofon reflektiert.

Das Ultraschallmikrofon im Sensor wandelt Schalldruckschwankungen in der Luft über einen breiten Frequenzbereich in ein elektrisches Signal um. Dieses elektrische Signal wird bereits im Sensor verstärkt und digitalisiert. Die weitere Datenverarbeitung und -ausgabe erfolgt im Prüfgerät.

Der Ziellaser oder das Leuchtpunktzielgerät unterstützen bei der genauen Lokalisierung von Schadstellen. Zeigt der Sensor bei der Suche in Richtung der Schadstelle, kann diese anhand der akustischen Signale durch Schwenken des Sensors und Suchen eines lokalen Schallpegelmaximums aufgespürt werden. Der Ziellaser oder das Leuchtpunktzielgerät markieren dabei die Position der Schadstelle.

3.4 Sensoraufbau

Bedienelemente




Abbildung 1: Bedienelemente des BS30

Nr.	Beschreibung/Funktion
1	Startet oder beendet eine Messwert-Aufzeichnung.
2	Schaltet den Ziellaser ein (Taste gedrückt halten)
3	Status-LED <ul style="list-style-type: none"> Leuchtet durchgehend: Sensor ist aktiv Blinkt: Sensor ist im Bootmodus <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>ⓘ Der Bootmodus wird für das Aktualisieren der Sensor-Firmware benötigt. (siehe ☑ Sensor-Firmware mit der SONAPHONE Hardware Manager App aktualisieren)</p> </div>

Sensorelemente



Abbildung 2: Sensorelemente des BS30

Nr.	Beschreibung/Funktion
1	Parabolspiegel mit Spiegelschlitten und Feststellrad
2	Leuchtpunktzielgerät mit wahlweise grünem oder rotem Leuchtpunkt und fünf Helligkeitsstufen
3	Ultraschallmikrofon mit akustischem Horn
4	Ziel-Laser (Laser Klasse 2)

Anschlüsse




Abbildung 3: Anschlüsse des BS30

Nr.	Beschreibung/Funktion
1	USB-Anschluss <ul style="list-style-type: none"> • Typ: Micro-USB Buchse, Typ B • nur für Servicezwecke
2	Anschluss Sensorkabel <ul style="list-style-type: none"> • Typ: LEMO 0B (4-polig) • mit Markierung der Steckposition

3.5 Sensorkennzeichnung

Typenschild




Abbildung 4: Typenschild mit Bestandteilen

Nr.	Kennzeichnung
1	Anschrift des Herstellers
2	Sensor-ID
3	Seriennummer
4	CE-Kennzeichnung
5	Symbol Entsorgung (siehe „7 Entsorgung“, Seite 23)

Kennzeichnung Laserklasse



4 Bedienung des Sensors

Dieser Bereich enthält Beschreibungen und Anleitungen zum Bedienen des Sensors sowie seiner Verwendung mit dem SONAPHONE Handgerät.

▲ **WARNUNG**

Augenverletzungen durch Ziellaser möglich!

Der Ziellaser (Laserklasse 2) kann schwere Augenschäden hervorrufen.

- Blicken Sie niemals in den Laserstrahl.
- Richten Sie den Laser niemals auf andere Personen oder Fahrzeuge.
- Beachten Sie, dass auch reflektiertes Laserlicht bei anhaltender Einwirkung Augenverletzungen hervorrufen kann.

4.1 Parabolspiegel montieren oder demontieren

▲ **VORSICHT**


Schnittverletzungen durch beschädigten Parabolspiegel!

Beim Brechen des Parabolspiegels können scharfe Kanten entstehen. Dies kann zu Schnittverletzungen führen.


- Montieren oder demontieren Sie den Parabolspiegel stets vorsichtig am Sensor.
- Verwenden Sie den Sensor mit montiertem Parabolspiegel stets vorsichtig.

Montieren

1. Mit einer Hand den Sensorgriff und mit der anderen den Parabolspiegel am Spiegelschlitten halten, so dass der Parabolspiegel in Prüfrichtung des Sensors zeigt.
2. Den Spiegelschlitten von oben in die Steckposition schieben.




3. Die Feststellschraube anziehen, um den Parabolspiegel in seiner Position zu fixieren.




Demontieren

1. Mit einer Hand den Sensorgriff halten und mit der anderen die Feststellschraube am Spiegelschlitten lösen.



2. Den Spiegelschlitten vorsichtig aus der Steckposition ziehen.



4.2 Sensor anschließen

ACHTUNG

Beschädigungen am Sensor und/oder Sensor-Kabel möglich!

Beachten Sie beim Anschließen des Sensors die roten Markierungen an den Buchsen des Sensors und des SONAPHONE Handgerätes, sowie an den Steckern des Sensor-Kabels.

1. Den Sensor mit dem Sensor-Kabel an das SONAPHONE Handgerät anschließen.



→ Der Sensor wird vom SONAPHONE Handgerät mit Strom versorgt.

→ Wenn die Status-LED des Sensors dauerhaft leuchtet, ist der Sensor betriebsbereit.

ⓘ Beim Durchführen von Messungen werden die Messdaten automatisch vom Sensor zum SONAPHONE Handgerät übertragen.

4.3 Bedienung über die Sensor-Tasten

Messungen können über das Touch-Display des SONAPHONE Handgerätes oder die Sensor-Tasten gesteuert werden. Mit den Sensor-Tasten stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Messwert-Aufzeichnung starten oder stoppen



- Ziellaser einschalten (Taste gedrückt halten)



4.4 Ziel-Laser und Leuchtpunktzielgerät verwenden

Beschreibung

Ziel-Laser und Leuchtpunktzielgerät sind zwei voneinander unabhängige Möglichkeiten, Schadstellen punktgenau zu lokalisieren. Der Einsatz dieser Möglichkeiten hängt unter anderem von der Größe der Anlage, der Entfernung zur Schadstelle, den Lichtverhältnissen und den persönlichen Präferenzen ab.

ⓘ Beachten Sie für den Einsatz die Angaben in den technischen Daten sowie die Dokumentation des Herstellers zum Leuchtpunktzielgerät.

Ziel-Laser verwenden

1. Die Sensor-Taste gedrückt halten, um den Ziel-Laser einzuschalten, wenn:
 - keine Gefahr besteht, dass Menschen mit dem Laserstrahl geblendet oder behindert werden und
 - der Punkt des Ziel-Lasers für eine Lokalisierung im Prüfbereich gut sichtbar ist.



Leuchtpunktzielgerät verwenden

Das Leuchtpunktzielgerät zum Lokalisieren einer Schadstelle verwenden, wenn:

- die Gefahr besteht, dass Menschen mit dem Laserstrahl geblendet oder behindert werden,
- der Punkt des Ziel-Lasers für das Lokalisieren der Schadstelle nicht erkennbar ist oder
- die Schadstelle für eine Laserpeilung zu weit entfernt ist.

ⓘ Beachten Sie beim Verwenden des Leuchtpunktzielgerätes die Bedienungsanleitung des Herstellers.

Einschalten

1. Die Schutzkappen vom Leuchtpunktzielgerät entfernen.
2. Mit dem Helligkeitsregler die gewünschte Farbe (Rot oder Grün) und die Intensität des Leuchtpunktes einstellen.



Nach dem Verwenden

1. Das Leuchtpunktzielgerät mit dem Helligkeitsregler ausschalten (in Position R oder G drehen).
2. Die Schutzkappen aufsetzen, um die Linsen zu schützen.

Justieren

Das Leuchtpunktzielgerät und der Leuchtpunkt sind bei Auslieferung ausgerichtet. Verwenden Sie zum Nachjustieren des Leuchtpunktzielgerätes oder der Position des Leuchtpunktes die Bedienungsanleitung des Herstellers.

5 Reinigung und Wartung

5.1 Reinigung

Vorgaben

Öffnen Sie das Produkt nicht! Es enthält keine vom Anwender zu reinigenden Teile.

ACHTUNG

Beschädigung des Ultraschallmikrofons möglich!

Beim Reinigen des Sensors kann das Ultraschallmikrofon beschädigt werden.

- Stellen Sie sicher, dass Reinigungsmittel nicht in das Ultraschallmikrofon gelangen.
 - Vermeiden Sie mechanische Belastungen des Ultraschallmikrofons.
-

Geeignete Reinigungsmittel

Reinigen Sie das Produkt nur von außen mit weichen, nicht fasernden Tüchern.

ACHTUNG

Verträglichkeit der verwendeten Reinigungsmittel prüfen!

Alle verwendeten Reinigungsmittel müssen auf ihre Verträglichkeit mit den verwendeten Werkstoffen und Farben mit der SONOTEC GmbH oder dem entsprechenden Zulieferer geprüft und abgestimmt werden.

Nicht geeignete Reinigungsmittel

Reinigen Sie das Produkt nicht mit:

- kratzenden, aggressiven, lösungsmittelhaltigen oder benzinhaltigen Reinigungsmitteln,
- Druckluft, Hochdruckreinigern oder anderen Reinigungsmaschinen.

Nach dem Reinigen

Stellen Sie nach Abschluss der Reinigung sicher, dass:

- Kabel, Anschlüsse und Verschraubungen frei von Reinigungsmitteln und
- Kabel, Leitungen, Steckverbindungen und elektrische Komponenten trocken sind.

5.2 Wartung

Vorgaben

Öffnen Sie das Produkt nicht! Es enthält keine vom Anwender zu wartenden oder zu reparierenden Teile.

Batterie des Leuchtpunktzielgerätes ersetzen

Verwenden Sie zum Ersetzen der Batterie die Bedienungsanleitung des Herstellers.

6 Technische Daten

Allgemeine Daten

Artikelnummer	200 01 0309
Maße (L x B x H)	siehe Technische Zeichnung
Gewicht	750 g (in montiertem Zustand)
Elektrischer Anschluss	LEMO 0B (4-polig)

Akustische Daten

Frequenzbereich	15 ... 100 kHz
Messauflösung	1 dB

Materialien

Material Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat, ABS
-------------------------	------------------------------


Umgebungsbedingungen

Einsatztemperatur	-10 ... +65 °C
Lagertemperatur	-20 ... +65 °C (bis 40 °C bei 90 % Luftfeuchte)
Schutzart	IP40

Bestelldetails

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">• Breitband-Parabolsensor BS30• Kalibrierzertifikat
---------------------	--

Technische Zeichnung



7 Entsorgung

Recycling und Rücknahme von Altgeräten

Elektro- und Elektronikaltgeräte können bei unsachgemäßer Entsorgung ein Gesundheits- und Umweltrisiko darstellen. Aus diesem Grund dürfen sie gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) nicht als allgemeiner Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen gesondert bei dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben oder an den Hersteller zurückgesendet werden.

Das folgende Symbol weist auf die gesetzliche Pflicht hin, elektronische Geräte einer gesonderten Entsorgung zuzuführen.



Sie müssen vorgegebenen Recyclingprozessen (z. B. hinsichtlich der Akkus oder Platinen) unterzogen werden, welche eine gefahrenlose, umweltgerechte Wiederverwertung oder die getrennte Entsorgung unterschiedlicher Gerätebestandteile möglich macht.

Die Rücknahme von Altgeräten ist regional unterschiedlich geregelt. Informieren Sie sich bei der zuständigen öffentlich-rechtlichen Stelle über die Rücknahmebedingungen für gewerblich genutzte Elektronikaltgeräte.

Das Gerät und der Akku enthalten keine gesundheitsgefährdenden, hinsichtlich der Entsorgung gesondert zu kennzeichnenden Stoffe wie Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd), Blei (Pb) oder sechswertiges Chrom (z. B. in verzinkten Teilen oder Platinen).

8 Garantie

Zustand bei Auslieferung

Alle Produkte und Zubehörteile wurden werksseitig getestet und entsprechen bei Auslieferung dem Stand der Technik und allen geltenden Sicherheitsbestimmungen.

Garantieleistungen

Innerhalb der Garantiezeit beseitigt die SONOTEC GmbH unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Die SONOTEC GmbH leistet nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des defekten Produktes.

Ausnahmen

Von der Garantie ausgenommen sind die internen Akkumulatoren sowie Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß oder auf Eingriffe in das Produkt zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchsfähigkeit des Produktes nur unerheblich beeinträchtigen.

Verantwortung der Benutzer/Anwender

Benutzer/Anwender müssen sicherstellen, dass das Produkt bestimmungsgemäß installiert, eingerichtet und sicher verwendet wird.

Anwendungsfehler

Fehler bei der Anwendung können herstellerseitig niemals vollständig ausgeschlossen werden. Für alle durch Anwendungsfehler entstehende direkte oder indirekte Schäden (z. B. Schäden an Software und/oder Hardware, Schäden durch Nutzungsausfall, Schäden durch Funktionsuntüchtigkeit sowie Beschädigung oder Verlust von Mess- und Prüfdaten) haftet die SONOTEC GmbH nicht.

Qualität ermittelter Daten

Die Ermittlung valider Prüfergebnisse, deren Interpretationen und daraus abgeleitete Maßnahmen unterliegen ausschließlich der Eigenverantwortung der Anwender. Die SONOTEC GmbH übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der ermittelten Prüfwerte und/oder Prüfergebnisse. Die SONOTEC GmbH übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Schäden, die aus der Weiterverwendung der ermittelten Prüf- und Messwerte entstehen.

9 Herstellerangaben

Copyright

© SONOTEC GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Die Inhalte dieses Dokumentes sind Eigentum der SONOTEC GmbH und urheberrechtlich geschützt. Das Vervielfältigen, Verändern und/oder Verbreiten in jeglicher Form, insbesondere zum Nachdruck, zur fotografischen, mechanischen oder elektronischen Reproduktion oder in Form des Speicherns in Datenverarbeitungssystemen oder Datennetzen, ist ohne schriftliche Zustimmung der SONOTEC GmbH untersagt.

Zertifizierungen und Registrierungen

- Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2015
(Zertifikat-Registrier-Nr.: 091006014)
- Registrierung nach ElektroG bei der „stiftung elektro-altgeräte register“ (ear):
WEEE-Reg.-Nr. DE 22125904

Kontakt

Hersteller

SONOTEC GmbH

Nauendorfer Str. 2

06112 Halle (Saale), Germany

Tel.: +49 345 13317-0

mySONAPHONE@sonotec.de

www.sonotec.de

USA

SONOTEC US Inc.

190 Blydenburgh Rd.

Suite 8, 2nd Floor

Islandia, New York 11749, USA

Tel.: +1 631 4154758

sales@sonotecusa.com

www.sonotecusa.com